



**Ofício circular nº 004/2023**

Mogi Guaçu, 14 fevereiro de 2023.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 04/2022 – Processo Licitatório Nº 07/2022.

Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de agulhas, seringas e dispositivos de infusão intravenosa, por um período de 12 meses.

1- O item 17 do termo de referência solicita cateter duplo J fazendo referência a duas dimensões distintas “cateter duplo J de curta permanência (no máximo 30 dias de uso continuo),4,8Fr x26cm; 5 Fr-70cm”. Qual das duas dimensões descritas deverá ser considerada para tal item? Há de se considerar que a medida de 5Fr x70cm, compreende a um outro modelo de cateter (cateter Ureteral/Pielografia).

Face ao pedido de esclarecimento e após análise da área técnica segue na integra:

R.: Para o item 17 considerar o seguinte descriptivo.” Cateter duplo J de curta permanencia (no maximo 30 dias de uso continuo),4,8 Fr x 26cm rapiopaco. Embalado em papel grau cirurgico , esteril e de uso único, registro na Anvisa.

Os itens deverão ser cadastrado no sistema compras.gov.br com o valor unitário.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,

Maria Regina Bando da Silva  
Pregoeira