



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA SAÚDE

Mogi Guaçu, 03 de março de 2023.

DE: SECRETARIA DE SAÚDE

PARA: CML

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, no uso de suas atribuições, vem através do presente, emitir parecer quanto a análise das amostras e documentações exigidas Edital, referente ao Pregão Eletrônico 02/2023, Processo Licitatório 18.853/022, temos a informar que as empresas abaixo relacionadas atenderam as exigências estabelecidas quanto a apresentação de amostras e documentos:

- MEDEFE - Item 08.
- CHOMED - Item 22.
- MAX MEDICAL - Item 26.

Solicitamos a desclassificação da Empresa SOMA/SP, para o item 13, pois a mesma não apresentou amostra exigida em Edital.


Solicitamos a desclassificação da Empresa INOVAMED, para os itens 10, 11 e 12 pois as amostras das Ataduras enviadas, não apresentam as gramaturas solicitadas em Edital.

Solicitamos a desclassificação da Empresa DUTRAMED, para o item 14 e 15, pois a mesma não apresentou amostras e documentações exigidas em Edital.

Solicitamos a desclassificação da Empresa NELMED, para o item 16, pois a mesma não apresentou amostras e documentações exigidas em Edital.

O item 21 foi fracassado neste certame.

Atenciosamente.


Daniela Porcelli Pellisser
Farmacêutica



Mogi Guaçu, 03 de Março de 2023

Venho através deste, documentar parecer quanto a insumos de lesão cutânea, materiais estes avaliados pelos membros da comissão municipal de curativo.

- Item 22: material classificado: atende as especificações do descritivo, sendo indicado como curativo primário e secundário.
- Item 26: material classificado: está de acordo com o descritivo, pois contém EDTA. (modelo: curatec hidrogel com phmb 100ml)

*Thaciany Maria Lopes de
Araujo Accyrot Gomes*
COREN-SP 215.248 - ENF

Comissão Municipal de Curativo

Prefeitura Municipal Mogi Guaçu