



Ofício circular nº 008/2023

Mogi Guaçu, 23 de março de 2023.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 013/2022 – Processo Licitatório Nº 0143/2023.

Objeto: Fornecimento de envelope e papel grau Cirúrgico em comodato com 03 seladoras e indicadores químicos para autoclave, por um período de 12 meses por um período de 12(doze) meses.

1-Grupo 02 item 04 - Referente ao descritivo contido no item 4, no qual é solicitado indicador químico classe 5, vimos por meio desta solicitar esclarecimento pois a Norma ANSI/AAMI/ISO define os parâmetros de desempenho deste produto no sentido de salvaguardar o processo de esterilização a vapor porém em nenhum momento descreve que o produto deva ser composto por tira de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. Essa migração é visível através da janela identificada como Reject (rejeitado) e atingir a área Accept (aceito).

2- Indicador Químico Interno, do tipo integrador, Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor. Composto de tira de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por pa-pel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líqui-do de coloração escura através da mecha de papel. Essa migração é visível através da janela identificada como Reject (rejeitado) e atingir a área Accept (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de microorga-nismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposi-ção ao vapor e a temperatura. Produto válido para proces-sos de 121°C - 134° C. Isento de Chumbo.

Onde é solicitado: Composto de tira de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por pa-pel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a



Hospital "Dr. Tabajara Ramos"  
Orgulho em ser Municipal!



vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel.

Face aos pedidos de esclarecimentos e após análise da área técnica segue transcrito na integra


1 e 2 R.: Em resposta aos pedidos de esclarecimento 01 e 02 , temos a declarar que o descritivo foi revisto e que ficara da seguinte forma para atender de forma ampla aos participantes.

Descritivo alterado: Indicador Químico Interno, do tipo integrador, multiparamétrico , Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 , que permite monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, sensível à temperatura , tempo e vapor , acondicionadas em uma embalagem adequada. Produto válido para processos de 121°C - 134° C . Isento de Chumbo.

Devido a alteração no descritivo do item 04 do lote 02, o Pregão Eletrônico nº 013/2023, será suspensa para readequação do edital.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,

  
Maria Regina Bando da Silva  
Pregoeira