



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA SAÚDE

Mogi Guaçu, 30 de março de 2023.

DE: SECRETARIA DE SAÚDE

PARA: CML

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, no uso de suas atribuições, vem através do presente, emitir parecer quanto a análise das amostras e documentações exigidas Edital, referente ao Pregão Eletrônico 02/2023, Processo Licitatório 18.853/022, temos a informar que a empresa abaixo relacionada atendeu as exigências estabelecidas quanto a apresentação de amostras e documentos:

- MAX MEDICAL – Itens 14.

Solicitamos a desclassificação da Empresa CIRURGICA SÃO JOSÉ, para o item 10, pois a amostra da Atadura enviada, não apresenta a gramatura solicitada em Edital.

Solicitamos a desclassificação da Empresa PEROLA, para os itens 11, 12 E 13 pois as amostras das Ataduras enviadas, não apresentam as gramaturas solicitadas em Edital.

Atenciosamente.


Daniela Porcellí Pellisser
Farmacêutica



Prefeitura Municipal de
MOGI GUAÇU

Mogi Guaçu, 30 de Março de 2023

Venho através deste, documentar que o item 14 referente ao carvão recostável, está classificado e que atende as exigências do Edital, Pregão Eletrônico 02/2023, Processo Licitatório 18.853/022.

Viviane Passos
Enfermeira
COREN-SP 177332
CRS 980015780490756

Comissão de Curativo
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu