



Ofício circular nº 018/2023

Mogi Guaçu, 13 de abril de 2023.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 024/2022 – Processo Licitatório Nº 0203/2023.

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes para testes de ttpa e tap, reagentes de bioquímica e reagentes para dosagens de hormônios e marcadores tumorais, em cessão sob regime de comodato de equipamentos novos, compatíveis com interfaceamento, destinado ao Laboratório De Análises Clínicas.

No termo de referência Anexo I e Modelo de Proposta Anexo II, Lote 1 **onde se lê**

Testes reagentes para coagulação sendo: 700 TAP e 200 TTPA/mês, em cessão em regime de comodato de 01 (um) equipamento semi automático de hemostasia para realização de provas coagulométricas

Leia-se: Testes reagentes para coagulação sendo: 700 TAP e 200 TTPA/mês em cessão em regime de comodato de 01 (um) equipamento, totalmente automatizado de hemostasia para realização de provas coagulométricas.

No termo de referência Anexo I Lote 2 letra "C" onde se lê) Velocidade mínima de 580 testes fotométricos/hora, 240 testes ISE, totalmente automático;

Leia-se Velocidade mínima de 750 testes/hora (fotométricos/ISE), totalmente automático;

Lote 2 letra "H" **onde se lê** Identificação automática de reagentes e padrões por código de barras, sensor de nível de amostras, sensor do nível de reagentes, sensor do nível de esgoto, e refrigeração interna;

Leia-se Identificação automática de reagentes e padrões por código de barras ou RFID, sensor de nível de amostras, sensor do nível de reagentes, sensor do nível de esgoto, e refrigeração interna;

No Termo de referência Anexo I lote III letra "a" **onde se lê** Equipamento novo, em linha de fabricação, não remanufaturado, devidamente comprovado com as notas fiscais, e que realize os ensaios pela metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para todos os itens do Lote I, com velocidade de trabalho de, no mínimo 180 testes por hora;

Leia-se Equipamento novo, em linha de fabricação, não remanufaturado, devidamente comprovado com as notas fiscais, e que realize os ensaios pela metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para todos os itens do Lote I, com velocidade de trabalho de no mínimo 120 testes por hora;

Letra "E" **onde se lê** Amostras: possibilitar a determinação dos testes solicitados a partir de amostras de soro, plasma e outros fluidos biológicos; sistema para carregar e descarregar amostras e reagentes; gerenciamento de amostras com processamento de testes urgentes, repetições automáticas, carregamento simultâneo de múltiplos tubos, possuir identificação das amostras por código de barras; permitir o uso de cubetas para as amostras de pequeno volume ou tubos primários de 5, 7, 10 ml;

Leia-se . Amostras: possibilitar a determinação dos testes solicitados a partir de amostras de soro, plasma e urina; sistema para carregar e descarregar amostras e reagentes; gerenciamento de amostras com processamento de testes urgentes, repetições automáticas, carregamento simultâneo de múltiplos



Hospital "Dr. Tabajara Ramos"
Orgulho em ser Municipal!



tubos, possuir identificação das amostras por código de barras; permitir o uso de cubetas para as amostras de pequeno volume ou tubos primários de 5,7,10 ml;

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,


Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira