



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**

Mogi Guaçu, 10 de maio de 2023.

DE: SECRETARIA DE SAÚDE

PARA: CML

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, no uso de suas atribuições, vem através do presente, emitir parecer quanto a análise das amostras e documentações exigidas Edital, referente ao Pregão Eletrônico 05/2023, Processo Licitatório 3.706/2023, temos a informar que a empresa abaixo relacionada atendeu as exigências estabelecidas quanto a apresentação de amostras e documentos:

- VITAL COMERCIAL: Item 09.
- BRAMED COMERCIO: Itens 04, 05 e 06.
- DE PAULI COMERCIO: Itens 13, 14, 15, 16, 28 e 29.

A Empresa VITAL COMERCIAL, solicitou a desclassificação para o item 03.

Solicitamos a desclassificação da Empresa BRAMED COMERCIO, para os itens 01 e 07 pois as amostras enviadas, não apresentam travas de segurança acopladas no bisel da agulha.

Solicitamos a desclassificação da Empresa VERDE DISTRIBUIDORA, para o item 02 pois a empresa não nos enviou amostra e documentações.

Solicitamos a desclassificação da Empresa DE PAULI COMÉRCIO, para o item 19, após análise da Comissão Municipal de Curativos, foi constatado que o material não está de acordo com o descritivo, pois não possui em sua composição Alginato de Cálcio, apresentando pouca adesividade.

Solicitamos a desclassificação da Empresa UNICENTER PHARMA para o Item 11, após análise da Comissão Municipal de Curativos, foi constatado que as tramas do produtos são irregulares, não apresentando o efeito esperado do mesmo, conforme foto em anexo.

Os itens 08, 10 e 21 foram fracassados neste certame.

Atenciosamente.

Júlio César Franco

Farmacêutico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**

Mogi Guaçu, 10 de maio de 2023.

DE: SECRETARIA DE SAÚDE

PARA: CML

Venho através deste, documentar parecer quanto a insumos de lesão cutânea, materiais estes avaliados pelos membros da Comissão Municipal de Curativos, referente ao PE 05/2023.

O item 19, produto hidrocoloide , fabricante Zhejiang Kang Li Di Medical Articles CO, LTD, desclassificado pois não atende ao descritivo, não possui em sua composição Alginato de Cálcio e após análise o material apresenta pouca adesividade, não apresentando o efeito esperado do produto.

O Item 11, Bota de Unna da marca Derma Cure Plus, fabricante E. de Godoy Bragança Textil, desclassificado, após análise foi constatado que suas tramas são irregulares, não apresentando o efeito esperado do produto, conforme foto em anexo.

VIVIANE PASSOS SANTOS

COREN-SP 177332



