



HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA RAMOS"
MOGI GUAÇU-SP



Avenida Padre Jaime, 1500 – Jardim Planalto Verde – Mogi Guaçu-SP
CEP 13844 – 070– Telefone (19) 3891-9444.
CNPJ 59.015.438/0001-96

Mogi Guaçu, 22 de junho de 2021.

Assunto: Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2021 – Processo Licitatório nº 571/2021 – Aquisição de camas tipo (fawler) motorizada com grades em ABS sem colchão, para internação de pacientes com diagnóstico de Covid-19

Após análise da área técnica segue na íntegra resposta ao pedido de esclarecimento

- 1- No anexo I termo de referência menciona do descritivo da cama hospitalar motorizada: "base em tubo 50x30x1,5mm com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. (carenagem). Diante do exposto, para fins de ampliação da disputa solicita-se que seja retirado a exigência da carenagem, uma vez que não alterara a estrutura da cama e muitos fornecedores que tem a total possibilidade de ofertar uma cama de qualidade não atende a esta exigência.

Resposta

Empresa solicita que seja retirada a exigência de carenagem no Descritivo da Cama licitada, uma vez que não alterará a estrutura da cama e muitos fornecedores que tem possibilidade de ofertar uma cama de qualidade não atenderá a esta exigência. Informo que caso a qualidade da cama oferecida pela Empresa não seja inferiorizada por essa alteração, aceitaremos o Material sem atender a este ponto do descritivo, ou seja, retiro a exigência da Carenagem.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,


Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira