ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11.774/2023
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Prezados Senhores:

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame referenciado, após contato efetuado com a Secretaria de Saúde, Órgão Gestor e responsável pela elaboração do Termo de Referência, através do servidor Júlio César Franco, farmacêutico, esclarecemos na mesma forma e teor o que segue:

PERGUNTA 01:
Solicitamos os seguintes esclarecimentos registrados baixo:
ITEM 16: TUBO C/ ATIVADO DE COÁGULO E GEL, 4 ML , TAMPA VERMELHA SENDO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA MÚLTIPLA COMPATÍVEL AO DESCRITIVO:
Temos interesse em oferecer proposta para o item acima oferecendo nosso produto com as seguintes descrições:

1) Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 3,5 ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha amarela. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos;

2) Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 5.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha amarela. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos.

Dessa forma, questiono qual dos descritivos acima, se adequa ao solicitado?

RESPOSTA 01:
É o item 1, tubo para coleta 13x75, 3,5 ml.

PERGUNTA 02:
Questiono ainda se será aceito o descritivo do adaptador, abaixo:
- Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, transparente. Embalagem comercial: Contendo 10 unidades.

Trata-se de processo igual em todos os fabricantes, pois a esterilização do material, não é feita no Brasil.

RESPOSTA 02:
Sim, será aceito esse adaptador.

Atenciosamente,
Mogi Guaçu, 06 de setembro de 2023.

THAIS SUELEN DA SILVA
Assinado de forma digital por THAIS SUELEN DA SILVA
Dados: 2023.09.06 14:21:46 -03'00'

Thaís Suelen da Silva
Presidente da Comissão Municipal de Licitações