



Ofício circular nº 077/2023

Mogi Guaçu, 11 de setembro de 2023.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 058/2023 – Processo Licitatório Nº 0539/2023.

Objeto: aquisição de equipamento médico hospitalar (conjunto radiológico analógico) através da resolução SS n.76 - emenda parlamentar estadual n.202.210.141.461 destinado a Unidade De Pronto Atendimento – Upa Jd. Novo II.

1- Face aos pedidos de esclarecimento e após análise da área técnica segue na íntegra.

1-Onde se lê: (CONJUNTO RADIOLÓGICO ANALÓGICO)- Alterar para: (CONJUNTO RADIOLÓGICO DIGITAL) Justificativa: A modalidade de aquisição de imagem analógica através de cassetes e pelo digitalizador CR forma um conjunto de sistemas que estão entrando em fase de obsolescência devido os avanços tecnológicos, então atualmente adquirir um sistema ultrapassado pode causar prejuízos e fazer mal uso da verba. O equipamento solicitado, tem possibilidade de entrar rapidamente em sua falta de peças ou serviço de manutenção, também necessita de um equipamento intermediário para a digitalização de imagens (CR) que ocupa mais um espaço fora da sala de exames, aumenta a demora na finalização do exame com a digitalização e também sua manutenção tem um valor elevado. Sugerimos um sistema mais atual pois além de não necessitar de uma sala grande e robusta, traz melhor fluxo na execução dos exames, menor tempo de finalização do exame, menor custo em manutenções, maior qualidade na imagem adquirida, diminuição de doses em pacientes e melhor uso da verba do Órgão através do sistema de digitalização DR.

2- Onde se lê: •Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 260 kg; •Tamanho mínimo de 90 x 225 cm; •Deslocamento longitudinal do tampo mínima de +/- 40 cm e Transversal: mínima de +/- 20cm; •Grade antidifusora razão 150 linhas / pol.; Leia-se: •Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 170 kg; •Tamanho mínimo de 82 x 220 cm; •Deslocamento longitudinal do tampo mínima de +/- 40 cm e Transversal: mínima de +/- 12cm;

•Grade antidifusora razão 70 linhas / pol.; Justificativa: Os valores sugeridos acima já garantem uma alta cobertura dos pacientes e possibilidade de realização das mais variadas projeções radiográficas, permitindo que sejam feitos todos os exames sem quaisquer prejuízos. O equipamento fornecido vem com especificações de fábrica que não são passíveis de mudança, porém as alterações requisitadas acima não interferem no funcionamento do mesmo, somente permitem que mais concorrentes participem do processo. Dessa forma, para ampliar a concorrência e competitividade, solicitamos que sejam realizadas as alterações.

3-Onde se lê: Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Leia-se: Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 250 cm em trilhos; Justificativa: Sugerimos a nova redação, que além de ampliar a competitividade, delimita a performance mínima do sistema. Além disso, a manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a Isonomia do processo e indo em desconformidade à ampla participação proposta pela Lei 8.666.

4- Onde se lê: •Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 140 cm •Grade antidifusora razão mínima 150 linhas / pol. ; •Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm em ambas as direções (configurável na instalação); Leia-se: •Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 120 cm •Grade antidifusora razão mínima 70 linhas / pol. ; •Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 43x43) cm em ambas as direções (configurável na instalação);



Hospital "Dr. Tabajara Ramos"
Orgulho em ser Municipal!



Justificativa: A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando Isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame. Destacamos que a alteração não trará prejuízos ao Órgão e acrescentamos também que nosso equipamento possui 250 cm de deslocamento longitudinal da estativa, fazendo com que as mais variadas projeções radiográficas sejam atendidas.

Resposta: Quanto as alterações solicitadas, informamos que vamos manter o descrito no termo de referência; conjunto radiológico analógico, pois só disponibilizamos de verba de emenda parlamentar estadual.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.


Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira