



Ofício circular nº 090/2023

Mogi Guaçu, 22 de novembro de 2023.

**Assunto:** Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 070/2023 – Processo Licitatório Nº 0716/2023.

**Objeto:** Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais hospitalares para uso no setor de oncologia, por um período de 12 meses.

1- Pergunta no 1: Item 5 – Bomba Elastomerica


Pede-se: Bomba de Infusão Elastomérica Descartável de uso único, 250mL 5.0mL/h de uso único, Reservatório rígido, transparente com elastômero de silicone com embolo e com filtro eficaz de partículas; conector luer com tampa protetora; capacidade 250ml; tubo controlador da vazão de 5,0 mL/h; (...).

Será aceito: Bomba de Infusão Elastomérica Descartável de uso único, 275ML 5.0ML/H 5UM?

Face aos pedidos de esclarecimentos e após análise da área técnica responsável pelo termo de referência, segue resposta na integra.

R.: A bomba elastomerica descartável de uso único 275ML 5.0ML, indefere do descritivo publicado em edital, portanto não será aceita por esse serviço. A marca cita nunca fora testada anteriormente no setor de oncologia não sendo material padronizado.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

  
Maria Regina Bando da Silva  
Pregoeira