



Mogi Guaçu, 23 de novembro de 2023.

**Assunto:** Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 071/2023 – Processo Licitatório Nº 0741/2023.

Objeto: contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos hospitalares com disponibilização de acessórios reutilizáveis sobressalentes para atendimento a demanda do Hospital Municipal "Dr. Tabajara Ramos", Unidade De Pronto Atendimento Zona Norte E Unidade De Pronto Atendimento Santa Marta, por um período de 12 meses.

1-12. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS DOS PRODUTOS 12.2. A empresa licitante, que estiver classificada em primeiro lugar, deverá apresentar no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da intimação efetuada pela Pregoeira, através do sistema Eletrônico, os seguintes documentos no original ou cópia autenticada: 12.2.1. Certificado de Registro do produto/equipamento, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (...)

Questionamento : É necessário apresentarmos cópia autenticada das certidões emitidas pela internet? Questionamos uma vez que a confirmação das informações através de consulta ao site respectivo já terá o condão de conferir autenticidade ao documento.

R: Para os documentos emitidos pela internet não será necessário copia física autenticada ou original, desde que a mesma possua endereço, QR Code ou link para confirmarmos sua veracidade.

2-12.2.5. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF e C) emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou do país de origem com tradução juramentada. "Fabricantes" emitido pela autoridade sanitária do país de origem. Para objeto importado poderá ser apresentado o Certificado do órgão competente do país de origem, mas, indispensavelmente deverá vir acompanhado de tradução para língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira com validade de 01 (um) ano; Questionamento : Poderia confirmar se o Certificado de Boas Práticas é estritamente obrigatório apenas para empresas fabricantes? No caso de empresas que atuam exclusivamente como prestadoras de serviços, a licitante estará dispensada da apresentação desse documento?

R: Para as Empresas que atuam como prestadoras de serviços não será necessário a apresentação dessa documentação.

3-Itens 1 e 2 – Monitor Multiparâmetros O descritivo dos itens solicita: "O equipamento deve ser dotado da possibilidade de gancho para maca/cama homologado pelo fabricante listado em manual". Questionamos mesmo o equipamento possuindo essa possibilidade, se faz necessário que esse quesito esteja expresso no manual?

R: A solicitação de ter essa informação no manual do Fabricante é justamente para possibilitar a equipe técnica que analisará as propostas, de ter conhecimento se o equipamento possui ou não o gancho, visto que, não iremos solicitar amostra ou equipamento demonstrativo, porém, a Empresa poderá, para esse item juntar um ofício informando que o equipamento possui essa possibilidade. Vale relatar que se o equipamento ofertado pela empresa oferecer todas as demais características descritas no termo de referência, e APENAS não possuir os ganchos, os mesmos não serão desclassificados.

4-O descritivo dos itens solicita "Pressão Arterial Diastólica (PAD) de no mínimo 25 a 220 mmHg". Questionamos se serão aceitos equipamentos que possuam faixa de PAD de 10 mmHg a 240 mmHg?

R: As funções solicitadas no Termo de Referência serão avaliados em sua totalidade conforme descrito, pois, as mesmas foram descritas conforme análise da equipe técnica que utiliza os equipamentos.


5- Item 5 - Cardioversor O descritivo do item solicita: "Carga de energia de 200 J em, no máximo, 04 segundos." Questionamos se serão aceitos equipamentos com o tempo de carga menor do que 06 segundos?

R: As funções solicitadas no Termo de Referência serão avaliados em sua totalidade conforme descrito, pois, as mesmas foram descritas conforme análise da equipe técnica que utiliza os equipamentos. Nesse item a solicitação de tempo de carga no cardioversor é importante para garantir que a oferta de carga para cardioversão seja garantida o mais rápido possível.

6-O Item solicita: "Ainda, as pás externas devem possuir os comandos de seleção". Questionamos se serão aceitos equipamentos que possuam apenas os comandos de carga e descargas nas pás externas?

R: As funções solicitadas no Termo de Referência serão avaliados em sua totalidade conforme descrito, pois, as mesmas foram descritas conforme análise da equipe técnica que utiliza os equipamentos. Nesse caso a solicitação foi elaborada

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

  
Maria Regina Bando da Silva  
Coordenação do Pregão