



**Ofício circular nº 095/2023**

Mogi Guaçu, 01 de dezembro de 2023.

**Assunto:** Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 071/2023 – Processo Licitatório Nº 0741/2023.

Objeto: contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos hospitalares com disponibilização de acessórios reutilizáveis sobressalentes para atendimento a demanda do Hospital Municipal "Dr. Tabajara Ramos", Unidade De Pronto Atendimento Zona Norte E Unidade De Pronto Atendimento Santa Marta, por um período de 12 meses.

1- Quanto aos itens 01 Monitor Multiparâmetro com Capnografia e Pressão Invasiva e 02 Monitor Multiparâmetro:  
Para o trecho "Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes", considerando que o dispositivo a ser ofertado possui tempo superior para armazenamento de tendências tabulares de 120 horas e um tempo de armazenamento de 48 horas para tendências gráficas, questionamos se será aceito dispositivo com essa ampla memória.

Face aos pedidos de esclarecimentos e após análise da área técnica segue resposta na integra.

R: Sim, aceitaremos. A solicitação visa receber equipamentos com no mínimo 72 horas de memória de tendência de armazenamento gráfico.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

*Maria Regina Bando da Silva*  
Maria Regina Bando da Silva  
Coordenação do Pregão