



## Esclarecimentos - Processo 021/2024 - HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
25/09/2024 11:20	Prezados Senhores, boa tarde. Visando a participação neste Pregão Eletrônico, vimos, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos: - Item 11: poderiam, por gentileza, confirmar se a solução será utilizado na máquina 4008S V10 da Fresenius?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
26/09/2024 18:22	Conforme solicitação de esclarecimento, o item 11 : solução básica para maquina de proporção para hemodialise 650g-700g, será utilizado na máquina 4008S V10 da Fresenius.		Não há arquivo anexado.

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
26/09/2024 18:06	Prezados senhores, boa tarde! Apresentamos pedido de esclarecimento em anexo, por gentileza, poderiam analisar?	Pedido de Esclarecimento PE 021.2024.pdf	<a href="https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/98013f3a27e44b99ae3a5618a180f064.pdf">https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/98013f3a27e44b99ae3a5618a180f064.pdf</a>

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
30/09/2024 09:16	Segue em anexo na integra resposta da área técnica.	Escl.2.pdf	<a href="https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/fb700d47fee54ce7abc151e96431c8c4.pdf">https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/fb700d47fee54ce7abc151e96431c8c4.pdf</a>



**Pregão Eletrônico nº 21/2024 - Processo Licitatório 235/2024**

Prezados,

Após a análise da área técnica do pedido de esclarecimento, informamos que só será possível responder o questionamento com a amostra. Portanto a empresa poderá participar do processo licitatório com essas especificações, porém em um momento oportuno, caso a empresa seja classificada, será solicitado a amostra conforme informado no edital para possível aceitação ou negativa.

Mogi Guaçu, 30 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Tatiane Frizo Leme