



Esclarecimentos - Processo 025/2024 - HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
27/09/2024 16:29	Em atenção ao Edital publicado e, com intuito de participarmos do item 2, testes de hemoglobina glicada, solicitamos esclarecimento quanto a capacidade mínima a partir de 40 amostras por hora, com detecção de presença de hemoglobinas variantes, tendo em vista de disponibilizarmos um equipamento "gold standard" que suprirá a necessidade do laboratório, gostaríamos de saber se será aceito equipamento com capacidade mínima de 38 amostras por hora, para tanto anexamos nosso folder técnico para análise. Desde logo, antecipamos nossos agradecimentos e aguardamos retorno.	HPLC G8-2023-VARIANTE .pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/c61eb12e58af44adac20c99c4f05e786.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
30/09/2024 11:36	Segue em anexo na integra resposta da área técnica.	Escl.1.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/c1dbfae30f20497193b1891bd63c2349.pdf

MARIA REGINA BANDO DA SILVA
MOGI GUAÇU-SP - 30/09/2024



HOSPITAL MUNICIPAL "DR TABAJARA RAMOS" MOGI GUAÇU-SP

CNPJ 59.015.438/0001-96

Av. Padre Jaime, 1500 – Jardim Planalto Verde Mogi Guaçu-SP
CEP 13843-085 Telefone (19) 3891-9444.

ESCLARECIMENTO

De: Laboratório de Análises Clínicas

Para: Compras


Pregão Eletrônico nº 025/2024

Processo Licitatório nº 089/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de TESTES DE GASOMETRIA, HEMOGLOBINA GLICADA E TIRAS REAGENTES PARA ELEMENTOS URINÁRIOS, com fornecimento em comodato dos respectivos equipamentos novos, por um período de 12 (doze) meses.

Poderá ser aceito o equipamento com capacidade mínima de 36 amostras por hora, porém de acordo com o Edital no Termo de Referência item " 1.3.1.9. Monitoramento do controle de qualidade através de gráficos de Levey-Jennings.", o folder enviado pela empresa indica que essa funcionalidade é apenas opcional, isso está em desacordo com o edital, devendo estar disponível e incluída como parte do equipamento para cumprir o requisito. Caso contrário, sua proposta poderá ser desclassificada.

Mogi Guaçu, 30 de setembro de 2024


Andréia Bastos Alborghetti Rossi
Coordenadora do Laboratório
CRF 63.973