



Esclarecimentos - Processo 032/2024 - HOSPITAL MUNICIPAL DR  
TABAJARA RAMOS

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/10/2024 15:32	Boa tarde, somos da empresa RC Moveis e gostaríamos de esclarecer uma duvida. No item 03 - cama fawler motorizada para obeso, não consta os movimentos na especificação, poderia por gentileza nos informar quais seriam os movimentos?		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
24/10/2024 15:06	Conforme análise da pasta requisitante , referente ao pedido de esclarecimento, segue resposta na íntegra: " A cama motorizada para obeso deverá realizar movimentos com dorso, pernas, fawler e semi-fawler, flexão de pernas, trendelenburg e sentado."		Não há arquivo anexado.

MARIA REGINA BANDO DA SILVA  
MOGI GUAÇU-SP - 24/10/2024