



Mogi Guaçu, 25 de novembro de 2024.

De: SS - CEO

Para: SA - Comissão Municipal de Licitações (Div. Administrativa)

Referencia:

Processo: nº 18617/2024

Proposição: Pregão Eletrônico (E) nº 38/2024

Autoria: THÁIS SUELEN DA SILVA

Ementa: P.E.2024.038 - Aquisição de aparelhos para o Centro de Especialidades Odontológicas- CEO. Reatuação do Processo 13987/2024

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (ELET)

Ação Realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:

Após análise de Proposta e Ficha Técnica apresentados pelas licitantes juntados às peças 6.6 à 6.9 deste Processo Eletrônico, registro o seguinte parecer:

Item 01, empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, produto ofertado não está de acordo com a especificação em edital. Conforme descrito no Termo de Referência a autoclave deve possuir a funcionalidade de despressurização automática, sem necessidade de intervenção manual. No entanto a autoclave da marca Volaremed Agile Plus, ofertada pela licitante, necessita que acione manualmente o botão despressurizar no painel, para poder dar continuidade no ciclo de esterelização, portanto a licitante deve ser desclassificada.

Item 02, empresa SILVIO VIGIDO ME, produto ofertado está de acordo com a especificação em edital.

Item 03, empresa CAIO RUBENS FRANCO, produto ofertado está de acordo com a especificação em edital.

Item 04, empresa PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, produto ofertado está de acordo com a especificação em edital.

Retorno os autos para providências.





Próxima Fase: Andamento Processual (ELET)

MARIO SERGIO VEDOVELO LITORDI
Diretor(a) de Departamento



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003900350030003900360031003A005400

Assinado eletronicamente por **MARIO SERGIO VEDOVELO LITORDI** em 25/11/2024 17:04

Checksum: **0A804C0EC3FB0C6C2CD0AA768A208B17B2A5D4A2F3DF5BF881DD28444D1384B7**

