

Ofício circular nº 079/2024

Mogi Guaçu, 17 de dezembro de 2024.

**Assunto:** Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 042/2024 – Processo Licitatório Nº 00345/2024.


**Objeto:** Registro de preços para a aquisição de materiais hospitalares utilizados no setor de oncologia, por um período de 12 meses.

Face aos pedidos de esclarecimento, sendo resposta da área técnica na íntegra.

**1) QUESTIONAMENTO 1:** Venho solicitar o esclarecimento do item 10: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PLASTICO 10L. COR AMARELA. Coletor para material perfuro cortantes em plástico, capacidade para 10L – para materiais líquidos, quimioterápicos, resistente a perfuração, com alça para ser pendurado, com bocal redondo. De cor amarela --- Não tem 10litros, pode ser 13 litros? E o coletor quimioterápico e na cor BRANCO, não tem amarelo, pode entrar com a cor branco?

R.: Em resposta do questionamento, o coletor poderá ser de 13 litros e na cor branca.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado. Mantendo-se a data de abertura para o dia 15/01/2025.

  
Aline Alves de Oliveira  
Agente de Contratação/Pregoeira