



Ofício circular nº 080/2024

Mogi Guaçu, 23 de dezembro de 2024.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 044/2024 – Processo Licitatório Nº 0357/2024.

Objeto: Registro de preços para a aquisição parcelada de teste de esterilização e escova para limpeza de materiais cirúrgicos para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, por um período de 12 meses, que restaram fracassados/desertos no PL 94/2024.

Face aos pedidos de esclarecimento e após análise da área técnica segue na integra.

1) Referente aos lotes 1 ao 4 poderia me informar por gentileza o comprimento da haste das escovas?

R: Referente aos itens 1, 2, 3 e 4 informamos o comprimento das hastes das escovas cilíndricas para limpeza de materiais cirúrgicos deve ser entre 400 a 700mm.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.


Aline Alves de Oliveira
Agente de Contratação