HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"



CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP Telefone (19) 3894-9444 ⊕mogiguacu.sp.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD – N° 095/ 2024 PARA ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR, MACA PARA TRANSPORTE, COLCHÃO E CAPA PARA COLCHÃO) PELO PERIODO DE 12 MESES RENOVÁVEIS CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI N° 14.133/ 2021)

UNIDADE REQUISITANTE: Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos		
AGENTE RESPONSÁVEL: Mislene Goulart dos Santos Silva	MATRÍCULA: 1591	
E-MAIL: enfermagem.adm@hmtrmogiguacu.com	TELEFONE (19) 3891.9440	

I – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A abertura do processo licitatório visa o atendimento das necessidades do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e UPAS, do Município de Mogi Guaçu, por um período de 12 meses para suprir o atendimento de pacientes deste município, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público;

O quantitativo foi devidamente avaliado e definido mediante a demanda do consumo anual, levando em consideração o consumo e possíveis alterações em decorrência das atividades realizadas, considerando o orçamento disponível.

Os itens destinam-se o uso em pacientes ambulatoriais, clínicos, unidade de terapia intensiva, em procedimentos no centro cirúrgico e emergências.

II – DO OBJETO

O objeto será Ata de Registro de Preço para contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR, MACA PARA TRANSPORTE, COLCHÃO E CAPA PARA COLCHÃO), visando atender as demandas nas especificações e auantitativos descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDAD E
IILIN	DESCRIÇÃO	ONID.	TOTAL
1	em tubo redondo de fácil remoção durante atendimento de urgência. Construído em tubo redondo em aço carbono, com pintura epóxi, estrutura em tubos de aço carbono pintado, chassis em tubo 50 x 30 x 1,2 mm com pés recuados, leito perfurado em chapa de aço 1,2 mm, grades laterais em tubo redondo pintado de 7/8' x 1,2 mm, com guia em tubo de aço inox 5/8' x 1,2 mm. Realizar movimentos com dorso, pernas, Fawler e semi Fawler, 02 manivelas em aço inox com cabo de banque lite, grades laterais em tubo redondo em aço carbono com sistema de abaixar através de engate rápido. Para-choque de borracha redondo nos quatro cantos da cama, para proteção de parede, pés com 04 rodízios com movimentos diagonais sendo 02 com freios e 02 sem freios. Acabamento com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática a pó. Dimensões 1,90 x 0,90 x 0,68 m. Capacidade 250 kg.	Unidade	58
2	17.01.001282 - Cama hospitalar Fawler motorizada com grades em ABS, com colchão com densidade mínima de D33. Com cabeceira e peseira em tubo redondo. Construído em tubo redondo, em aço carbono com pintura eletrostática a pó, estrutura em tubos de aço carbono pintado, chassis em tubo 50 x 30 x 1,2 mm com pés recuados, leito perfurado em chapa de aço 1,2 mm, grades laterais em tubo redondo pintado de 7/8" x 1,2 mm, com guia em tubo de aço inox 5/8" x 1,2 mm. Realiza movimentos com dorso, pernas, Fawler e semi Fawler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto - Baterias recarregadas automaticamente, sempre que a tomada de energia da cama estiver conectada Inclinação do leito de 55° graus. Para-choque de borracha redondo nos quatro cantos da cama, para proteção de parede. Pés com 04 rodízios com movimentos diagonais sendo 02 com freios e 02 sem freios. Acabamento com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática a pó. Dimensões 1,90 x 0,90 x 0,68 m. Capacidade mínima de 250 Kg.	Unidade	20

HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"



CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP Telefone (19) 3894-9444 mogiguacu.sp.gov.br

		1		
3	17.01.000142 - CAMA FAWLER MOTORIZADA PARA OBESO COM COLCHÃO DENSIDADE MINIMA D33 - Cabeceira e peseira removíveis, tubulares com detalhes em fórmica - Movimentos executados por motores elétricos independentes, que são acionados por controle remoto com fio permitindo a mudança da posição deitada até a posição sentado, passando por posições de relaxamento, evitando movimentos bruscos - Os motores possuem proteção para superaquecimento na falta de energia - A cama é provida de duas baterias recarregáveis de 12V - Equipada com sistema de segurança que permite a alimentação dos motores somente quando forem acionados - Baterias recarregadas automaticamente, sempre que a tomada de energia da cama estiver conectada - Grades laterais em tubos redondos de aço inox de fácil manejo - Rodízios de 150mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal - Capacidade de 350 Kg. DIMENSÕES: Externas: 2,15 x 1,10 x 0,55m - Internas: 1,90 x 1,00m	Unidade	5	
4	17.01.001240 - Berço Fawler com colchão com cabeceira e peseira em tubo redondo. Construído em tubo redondo em aço carbono, com pintura epóxi, estrutura em tubos de aço carbono pintado. Realiza movimentos com dorso, pernas, Fawler e semi Fawler. Com 02 manivelas em aço inox com cabo de banque lite, grades laterais em tubo redondo em aço carbono com sistema de abaixar através de engate rápido. Para-choque de borracha redondo nos quatro cantos do berço para proteção de parede. Pés com 04 rodízios com movimentos diagonais sendo 02 com freios e 02 sem freios. Acabamento com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Dimensões 1,30 x 0,60 x 1,00 m. Capacidade 90 kg.	Unidade	5	
5	17.01.001283 - Carro maca hidráulico com colchonete para transporte. Estrutura tubular de aço 1020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm sobreposta por carenagem em fiberglass acabamento com alta resistência e durabilidade. Possibilitar fácil higienização do conjunto. Leito confeccionado em PEAD 12 mm, com movimentação por sistema hidráulico e pedal para elevar e baixar o leito, movimento dorsal e pernas, trendelemburg e reverso por sistema pneumático com gatilhos manuais em aço inoxidável AISI 304. Possuir par de grades laterais em aço inoxidável AISI 304, sistema sanfonado (empilhamento), em tubos oblongos aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 mm de parede, sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por puxador. Possuir suporte de soro acoplado e removível em aço inoxidável AISI 304, com 2 ganchos 5/8" x 1,2 mm de parede com altura de 1,3 m. Possuir suporte para cilindro de oxigênio acoplados a parte inferior da maca. Colchonete confeccionado em espuma com densidade de 33, espessura de 80 mm com revestimento em courvim antimofo. Rodízio 6 " com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, com rolamentos blindados que proporcione leveza na locomoção, sem ruídos durante a movimentação e menor esforço do operador, freios diagonais. Peso admissível sobre a estrutura de no mínimo 250 KG. Dimensões totais: 810 mm (largura) x 2020 mm (comprimento) x 900 mm (Altura). Dimensões úteis: 600 mm (largura) x 1900 mm (comprimento) x 900 mm (altura). Altura mínima de 580 mm	Unidade	10	
6	17.01.000093 - Carro maca hospitalar, com grades e colchão, totalmente em aço inox. Estrutura em tubo redondo de aço inox 31,75 x 1,2mm. Leito em chapa de aço inox de 0,75mm com cabeceira móvel através de cremalheira, grades laterais de tombar em aço inox e suporte para soro em aço inox com altura mínima de 1,3m., Possuir suporte para cilindro de oxigênio acoplado a parte inferior da maca. Para-choque de borracha em toda volta e rodízios de 125mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Dimensões: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas: 1,83 x 0,55m. Capacidade de transporte para no mínimo 250 Kg.	Unidade	50	
7	17.01.000499 - Colchão para cama hospitalar confeccionada em espuma de poliuretano, com densidade 33, altura de 12 cm, medindo 1,89 x 0,88 cm. Revestido em courvim lavável com zíper que possibilite a retirada da espuma e troca da capa, respiros tipo ilhós. Cor Azul.	Unidade	100	

HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"



CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP Telefone (19) 3894-9444 mogiguacu.sp.gov.br

8	11.01.000022 - Colchão caixa de ovo confeccionado em poliuretano para cama hospitalar medindo aproximadamente 188 cm X 88 cm X 6 cm. Densidade 33, ortopédico e anatômico. Peso mínimo suportado: 120 Kg. Com capa de revestimento com zíper, confeccionado em courvim na cor azul ou preta.	Unidade	50
9	17.02.000508 - Colchão para maca de transporte, revestido em courvim lavável com zíper e respiros tipo ilhós. Dimensões: 1,85 x 0,55 x 0,10m. Densidade 33. Incluir capacidade de 150 Kg	Unidade	50
10	11.01.000015 - Capa para colchão de solteiro hospitalar, em courvim, cor azul ou preto, com zíper. Tamanho: altura 20 cm x largura 90 cm x comprimento 1,90m.	Unidade	200
11	17.02.000509 - Colchão para berço , revestido em courvim lavável com zíper e respiros tipo ilhós. Dimensão: 1,30 x 0,60 x 10 cm. Densidade 33.	Unidade	10

III – DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

Devido aos prazos de elaboração de Termo de Referência, Minuta de Contrato e, principalmente, prazos para disputa de lance em Pregão Eletrônica, por força da Lei Federal nº 14.133/2021, estima-se que a contratação deverá acontecer até a primeira quinzena de outubro de 2024.

IV – INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

As despesas serão oneradas na seguinte dotação orçamentária:

20- 030310.1030210032.348 3.3.90.30 – Material e Equipamento Permanente 49- 030310.1030210032.250 4.4.90.52.00 – Material e Equipamento Permanente

53-030310.1030210032.250 4.4.90.52.00 – Material e Equipamento Permanente

V - INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS

Não se faz necessária à realização de contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.

VI – INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Para gestão do contrato decorrente deste DFD, fica designada a seguinte funcionária:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Mislene Goulart dos Santos Silva

Função: Enfermeira administrativa/ Gestora Autárquica de Planejamento

CPF/MF nº 226.261.178-54

E-mail: enfermagem.adm@hmtrmogiguacu.com

10.5.2- FISCAL DO CONTRATO:

Nome: Caio Cléssios Mião

Cargo: Assessor Técnico de Suprimentos

CPF/MF nº 424.922.218-73

E-mail: <u>patrimonio@hmtrmogiguacu.com</u>;

Mogi Guaçu, 02 de Setembro de 2024.

Mislene Goulart dos cantos Silva COREN – SP 0 128602 - ENF Gestora Autárquica de Planejamento Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos