



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2.449/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR.

Prezados Senhores:

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame referenciado, após contato efetuado com a Secretaria de Saúde, Órgão Gestor e responsável pela elaboração do Termo de Referência, através do servidor Júlio César Franco, farmacêutico, esclarecemos na mesma forma e teor o que segue:

PERGUNTA:

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

ITEM 03: Agulha coleta múltipla 25 x 7, para Vacutainer.

Temos interesse em oferecer proposta para o item acima oferecendo nosso produto com a seguinte descrição: Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,7mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22G.

Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Marca: Vacuette.

Questiono se será necessário adaptador, visto que a nossa agulha é sem trava, a trava está contida no adaptador, assim sendo é fornecido um adaptador para cada agulha. Segue descritivo:

- Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Embalagem comercial: 100 Unidades.

ITEM 04: Agulha coleta múltipla 25 x 8, para Vacutainer.

Temos interesse em oferecer proposta para o item acima oferecendo nosso produto com a seguinte descrição: Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21G.

Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Marca: Vacuette.

Questiono se será necessário adaptador, visto que a nossa agulha é sem trava, a trava está contida no adaptador, assim sendo é fornecido um adaptador para cada agulha. Segue descritivo:

- Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Embalagem comercial: 100 Unidades.

Dessa forma, questiono se será aceita nossa proposta para os itens 03 e 04?



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

ITEM 96: Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador 5 ml, tampa laranja, confeccionado em plástico incolor medindo 13x100mm.

Temos interesse em oferecer proposta para o item acima oferecendo nosso produto com a seguinte descrição: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 5.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha amarela. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos.

RESPOSTA:

Comunicamos que a empresa pode participar dos itens 3 e 4, pois apresenta adaptador para cada agulha e o item 96 também está compatível com o solicitado, podendo participar, pois apresenta a medida e o volume do tubo compatível.

Atenciosamente,
Mogi Guaçu, 31 de março de 2022.

RENAN THIAGO BERTAZOLI
Pregoeiro
Portaria n° 195/2021