



Ofício circular nº 047/2022

Mogi Guaçu, 25 de julho de 2022.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 041/2022 – Processo Licitatório Nº 655/2022.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamento médicos hospitalares para a atualização do parque tecnológico do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.


Face ao pedido de esclarecimento e conforme análise e parecer da área técnica segue resposta:

1- Levando em consideração o tamanho de tela solicitado, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem peso de 1.8kg contando com a bateria?

R.: Informo que para o item 04 eletrocardiógrafo foi solicitado com peso total , incluindo a basteira, que o mesmo tenha no máximo 1.350kg. Esse peso foi solicitado para evitar equipamentos pesados e que dificultam o manuseio. Porem aceitaremos equipamentos com no máximo até 1.800kg com a bateria.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,


Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira