Oficio circular nº 048/2022

Mogi Guaçu, 26 de julho de 2022.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 041/2022 – Processo Licitatório Nº 655/2022.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamento médicos hospitalares para a atualização do parque tecnológico do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

Face ao pedido de esclarecimento e conforme análise e parecer da área técnica segue resposta:

1-O edital possui no descritivo do item 05 a seguinte especificação do equipamento: "ainda, as pás externas devem possuir os comandos de seleção, carga e entrega de energia". Salientamos que esta solicitação não é muito comum em equipamentos e de desfibrilação, pois o uso de seleção manual de carga pelas pás pode acarreta sérios erros no carregamento pelo operador, comprometendo o tratamento do paciente, levando o mesmo até ao óbito. Pensando em protocolos de reanimação hospitalar, desenvolveu um sistema que tira a responsabilidade de selecionar manualmente a carga do choque pela equipe medica/operadores. Desta forma, nossos equipamentos, pelas questões de segurança já mencionadas não tem seleção de carga pelas pás externas; mas são dotados do sistema de auto sequência de cargas, onde as mesmas são previamente cadastradas no equipamento pelo médico/equipe responsável dos protocolos de reanimação e o equipamento libera as cargas conforme o procedimento, elimando a possibilidade de erro manual, sendo um processo superior a seleção manual de cargas. Sendo assim podemos ofertar o nosso Cardiovesor conforme catálogo anexo para concorrer neste certame?
R.: Após analisar o questionamento enviado pela Empresa, informo que referente ao Item 5 - Cardioversor será aceito Equipamento que não realizar a seleção de cargas nas pás, porem a entrega de carga (disparo) deverá ser habilitado no equipamento para que o médico possa acioná-lo durante o processo de cardioversão do paciente.

2- ITEM 04 – ELETROCARDIOGRAFO:
Edital solicita equipamento com peso máximo de 1,35Kg. O equipamento Philips TC10 cotado possui 2,5Kg . Solicitamos o aceite da tecnologia ofertada

R.: Caso o peso do equipamento seja 2,5 Kg será aceito, pois, nesse caso o aparelho possui um peso aceitável durante o transporte do mesmo.

3-PRAZO DE ENTREGA:
Caso vencedor, será aceito pedido de prorrogação do prazo de entrega?
R.: o prazo de entrega deverá obedecer ao solicitado no Edital. Porem, como estamos licitando equipamentos como Ata de Registro de Preço e existe a possibilidade de Aquisição ou não dos itens desse pregão serem de forma imediata, as Empresas terão um prazo para realizar a entrega do item após a solicitação.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,

Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira

Mogi Guaçu, 01 de julho de 2022.

Para: Comercial 3Albe Ltda
Pregão Eletrônico nº 032/2022 – Processo Licitatório nº 510/2022

Assunto: Diligencia