



**De:** Mislene Goulart dos Santos Silva

**Para:** Licitação

**Assunto:** resposta ao pedido de impugnação ao PE 041/ 2022 PL 655/ 2022 – Equipamento Hospitalar.

Mogi Guaçu, 22 de Agosto de 2022

Em resposta ao pedido de Impugnação realizado ao Pregão Eletrônico 041/ 2022 Processo Licitatório 655/ 2022 – Ata de registro de Preço para Aquisição de equipamentos médico hospitalar, informo que:

**ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**


Empresa solicitação Impugnação referente ao item 02, onde a mesma questiona que o descritivo faz a seguinte solicitação: "Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado". "01 Bateria de lítio recarregável" "01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC)"

Sendo assim, solicito a alteração do descritivo, conforme descrevo abaixo:

**"Através de baterias recarregáveis com base carregadora bivolt". "01 Bateria de NI-MH recarregável" "01 Base carregadora (100 a 240VAC)"**

Após análise da solicitação da Empresa Alfamed, informo que essa alteração não prejudicará o andamento da aquisição do item licitado, sendo assim, AUTORIZO a alteração conforme solicitado.

Sem mais encaminhamento Processo para tramites finais.

  
Mislene Goulart dos Santos Silva  
COREN – SP 0128802 - ENF