



Ofício circular nº 079/2022

Mogi Guaçu, 07 outubro de 2022.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 046/2022 – Processo Licitatório Nº 693/2022.

Objeto: Aquisição de equipamento medico de videolaroscopia (monitor,cabo de ótica e ótica).

Face ao pedido de esclarecimento e conforme análise e parecer da área técnica segue na integra:

1- Empresa questiona se a medida da ótica solicitada de 4mm não deveria ser alterada para 10mm, visto que a ótica de 4mm não é utilizada em laparoscopia geral.

R.: Informo que a ótica solicitada será utilizada nos procedimentos urológicos e ginecológicos de pacientes oncológicos, que necessitam de vídeo para a execução de procedimentos de RTU, uretrotomias e histeroscopia .Por esse motivo a ótica precisa ser de 4mm.Sendo assim, manteremos o descritivo nesse item.

2- Empresa solicita que seja corrigido a resolução do monitor para "mínimo de 1920 x 1080 pixels.
R.: Informo que essa resolução de monitor garantira que a imagem tenha uma resolução que garanta uma imagem com toda a qualidade fornecida pela câmera.Sendo assim, manteremos o descritivo nesse item.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,


Maria Regina Bando da Silva
Pregoeira