



**Ofício circular nº 080/2022**

Mogi Guaçu, 11 outubro de 2022.

Assunto: Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico Nº 046/2022 – Processo Licitatório Nº 693/2022.

Objeto: Aquisição de equipamento medico de videolaroscopia (monitor,cabo de ótica e ótica).

Face ao pedido de esclarecimento e conforme análise e parecer da área técnica segue na integra:

1- Empresa sugere adequação no termo de referência da Microcâmera Digital, alterando a descrição para "3CCD ou CMOS FULL HD" e acrescentando a solicitação de "objetiva esterilizável em autoclave e/ ou Peróxido de Hidrogênio".

R.: Informo que essa alteração acrescentaria em detalhes que melhorariam a qualidade do item licitado, sendo assim aceitaremos a sugestão e acrescentaremos essas observações no descritivo.

2- Empresa solicita prorrogação no prazo máximo de entrega do item, alterando de 60 dias para 90 dias. A mesma explica que esse item é Importado necessitando de maior prazo para concluir processo de importação.

R.: O Equipamento de videolaparoscopia do Hospital está danificado desde Maio de 2022. Desde esse período todas as cirurgias oncológicas que o Hospital é referência, tem sido realizado na Santa Casa de Mogi Guaçu. Porem devido impossibilidade de repasse e indisponibilidade de absorver a demanda do Município e demais regiões cuja a referência é o Hospital Municipal devido UNACON, as cirurgias oncológicas foram suspensas. E por esse motivo a aquisição desse equipamento se tornou uma Emergência. Por esse motivo não será possível alterar o prazo de entrega do Equipamento para 90 dias, pois esse prazo acarretaria em mais danos a recuperação dos pacientes oncológicos que aguardam por cirurgia.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão eletrônico acima mencionado.

Atenciosamente,

  
Maria Regina Bando da Silva  
Pregoeira